

特異的IgE抗体測定結果報告書




愛知県長久手市樺木1-12
ホーユ株式会社 イノベーションセンター
innovationcenter@ichoyu.jp

貴施設名	: **クリニック
ご所属	: **科
お名前	: **** 先生
発注日	: 202X/XX/XX
作成日	: 202X/XX/XX



検体ID		ELISA 吸光度	
ID	備考	OD450nm	判定結果
HOYU01	対象者	2.31	陽性
HOYU02	対象者	1.95	陽性
HOYU03	コントロール	0.11	
HOYU04	コントロール	0.36	
HOYU05	コントロール	0.24	



※ 判定基準 : ELISAの判定結果は、仮に「コントロールの平均 + 3 S.D.以上」を陽性基準として記載しています。
ただし、標準化された基準ではありませんので、ご注意ください。